

ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК
Број: 15992/11
02.02.2018. године
ЧАЧАК

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/15 и 68/15), Извештаја о стручној оцени понуда, број **15992/8** од **02.02.2018.** године, Општа болница Чачак у својству наручиоца за јавну набавку добара: **Потрошни материјал за дијализу са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (двогодишње потребе)** у отвореном поступку јавне набавке (Члан 32 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), број јавне набавке **69/2017** који се спроводи ради закључења оквирног споразума, обликована по партијама, објављена на Порталу јавних набавки дана **08.12.2017.** године, доносим:

ОДЛУКУ

Обуставља се поступак јавне набавке добара: **Потрошни материјал за дијализу са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (двогодишње потребе)** у отвореном поступку јавне набавке (Члан 32 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), број јавне набавке **69/2017** који се спроводи ради закључења оквирног споразума, обликована по партијама, за партије **13 и 19**, јер нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума.

Образложење

Општа болница Чачак покренула је поступак јавне набавке за подношење понуда за јавну набавку добара: **Потрошни материјал за дијализу са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (двогодишње потребе)** у отвореном поступку јавне набавке (Члан 32 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), број јавне набавке **69/2017** који се спроводи ради закључења оквирног споразума, обликована по партијама, доношењем Одлуке број **15992** од **30.11.2017.** године, објављена на Порталу јавних набавки дана **08.12.2017.** године.

За партију **13** код наручиоца су приспеле **2** понуде:

1. Понуда понуђача „FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA“ - Вршац која је одбијена као неприхватљива.

Одбија се понуда понуђача FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA Вршац као неприхватљива за партију 13, јер није испунио техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца за партију 13 је прописано да ће се вредности електролитске проводљивости проверити екстерним инструментом ЛФ, тј у односу на кондуктивност $0,43 \pm 0,07 \text{ mS/cm}^3$. У фази тестирања утврђено је да је електролитска проводљивост понуђеног добра у фабричком паковању $1,81 \text{ mS/cm}^3$. Имајући у виду наведено произилази да електролитска проводљивост одступа од прописане, па је понуда наведеног понуђача одбијена.

2. Понуда понуђача „DECONTA PRO“ Београд која је одбијена као неприхватљива.

Одбија се понуда понуђача „DECONTA PRO“ Београд као неприхватљива за партију 13, јер није испунио техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца за партију 13 је прописано да ће се вредности

електролитске проводљивости проверити екстерним инструментом ЛФ, тј у односу на кондуктивност $0,43 \pm 0,07 \text{ mS/cm}^3$. У фази тестирања утврђено је да је електролитска проводљивост понуђеног добра у фабричком паковању $21,2 \text{ mS/cm}^3$. Имајући у виду наведено произилази да електролитска проводљивост одступа од прописане, па је понуда наведеног понуђача одбијена.

За партију 19 код наручиоца је прispела 1 понуда:

1. Понуда понуђача „МЕДИКОН Деч“

Комисија наручиоца констатује да за партију 19 нису испуњени услови за закључење оквирног споразума јер су омашком наручиоца у табеларном делу понуда унете количине тражених добара које се разликују од количина из процењене вредности. Количине које су дате у процењеној вредности су мање од количине исказаних кроз табеларни део понуде, па како наручилац у овој фази не може вршити измену документације то је поступак обустављен.

Увидом у понуду понуђача „МЕДИКОН Деч“ наручилац је утврдио да исти није исказао трошкове припремања понуде.

Са наведених разлога, донета је одлука као у диспозитиву.

Упутство о правном средству:

Понуђачи незадовољни овом одлуком могу поднети захтев за заштиту права у року од **10 (десет)** дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

в.д. ДИРЕКТОР-а
др Радослав Милошевић

